

الملحق أ

المعايير الليبية لأعمال المتعلقة بالألغام 10.40

النسخة الثانية: يناير 2017

المعدات الطبية



الهيئة الوطنية المسؤولة:

المركز الليبي لأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب بتفويض من وزارة الدفاع
للتواصل: نائب المدير في المركز الليبي لأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب

quality.assurance@lmac.gov.ly

ملاحظة:

تعتبر هذه الوثيقة سارية المفعول ابتداء من التاريخ المبين على هذه الصفحة. تخضع المعايير الليبية لأعمال المتعلقة بالألغام (LibMAS) للمراجعة والتقيح بشكل منتظم، لذلك ينبغي على المستخدمين التأكد من استخدام أحدث نسخة من كل وثيقة فيما يتعلق بالمعايير. أحدث نسخة للمعايير هي تلك التي يتم نشرها على الموقع الإلكتروني للمركز الليبي لأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب وعنوانه www.lmac.gov.ly

حقوق الطبع والنشر

تم إعداد هذه الوثيقة مع الإشارة بالاستناد إلى المعايير الدولية للإجراءات المتعلقة بالألغام (IMAS).

تعود ملكية هذه الوثيقة في شكلها الحالي إلى المركز الليبي لأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب. 2017 - جميع الحقوق محفوظة.

فهرس المحتويات

1. مقدمة 3
2. الحد الأدنى من المعدات الطبية اللازمة لحقيبة لوازم إسعاف الإصابات (أو ما يعادلها) 3
3. الحد الأدنى من المعدات الطبية اللازمة لسيارة الإخلاء الطبي 5
4. المعدات الطبية الإضافية الموصى بها 6

1. مقدمة

تمثل المعدات الطبية التالية الحد الأدنى المطلوب لدعم عمليات إزالة الألغام في ليبيا:
(هذه القائمة يؤكد ويقرها المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب)

2. الحد الأدنى من المعدات الطبية اللازمة لتحقيق لوائح إسعاف الإصابات (أو ما يعادلها)

الكمية	العنصر
1	كيس التهوية يدوي مع قناع
1 من كل حجم	أنبوب هوائي أحادي الاستخدام بأحجام مختلفة 2,3,4
	معدات الحقن والإقناء (تمرير السوائل عبر الوريد)
1	نظارات واقية
1	حاوية التخلص من الأدوات الحادة
2 من كل حجم	إبرة إقناء وريدي بأحجام مختلفة. مقاس 14 و16 و18 و20.
4	طقم حقن وريدي
1	شريط لاصق طبي 2.5 سنتيمتر
1	رباط شد وريدي
25	مناديل كحول طبية
5	حقنة 5 مل
5	حقنة 10 مل
10	إبرة حقنة عرض 21
10	ماء للحقن أو كلوريد الصوديوم 0.9 % 10 مل
10 أزواج	قفازات طبية
	معدات إسعاف الإصابات
2	ضمادات مثلثة

10	ضمادات لاصقة معقمة (10 سم X10 سم أو 10 سم X20 سم)
5	ضمادات 10 سم
5	ضمادات 15 سم
2	ضمادات كبيرة متعددة الاستخدامات للصدر/ البطن
2	ضمادات لاصقة للحروق
8	ضمادات للعيون
4	ضمادات لاصقة للضغط/ ضمادات ميدانية
100 مل	محلول مطهر
	الجبائر
1	جبيرة للأطراف العلوية (مثلا: سام، كرامر، ورق مقوى)
1	جبيرة للأطراف السفلية (خشبية أو من الورق المقوى)
1	واقي رقبة صلب أو قابل للتعديل
	مواد أخرى
1	مقص للاستخدام العام (مقص مسعفين)
1	مقص للضمادات
1	ملقط كيلي
1	سماعة طبية
1	مقياس ضغط الدم
1	بطاقات فرز الإصابات (مجموعة من 5)
25	شاش (حجم متوسط)
1	مصباح يدوي (يُفضّل أن يكون على شكل قلم)
1 لفة	شريط طبي لاصق
1	مشرط معقم
	الأدوية
1 x 4 مل	حقنة مورفين 10 ملغ/مل (أو دواء مماثل)
1 x 2 مل	حقنة نالوكسون 0.4 ملغ/مل (في حالة استخدام مواد أفيونية المفعول)

حقنة 2	حقنة مضادة للقيء (في حالة استخدام مواد أفيونية المفعول)
2	مخلول رينغر اللاكتيكي 1000 مل
2	محلول ملحي عادي 0.9 % 500 مل

الجدول 1: الحد الأدنى من المعدات الطبية اللازمة لتحقيقه لوائح إسعاف الإصابات (أو ما يعادلها)

3. الحد الأدنى من المعدات الطبية اللازمة لسيارة الإخلاء الطبي

الكمية	العنصر
1	نقالة مع أشرطة ووسيلة لتأمين إيصال النقالة للمركبة
1	لوح لتثبيت العمود الفقري وطقم لتثبيت الرأس (أو أداة مماثلة)
2	بطانيات
10 لترات	حاوية ماء
1	وسيلة تواصل لاسلكية فعالة (تعمل على شبكة السلطة البحرية النرويجية أو قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأببي)
1	إشارة دخانية (إن أمكن)
1	مصباح يدوي
1	مخزون أسطوانات أوكسجين يكفي 120 دقيقة بمعدل 8 لتر/الدقيقة (10 لتر 200 بار)
1	جهاز قياس الأوكسجين بالدم مع الحد الأدنى من التدفق 8 لتر/الدقيقة
1	عدّة تنفس اصطناعي مع خزان أكسجين + قناع
1	وحدة شفط محمولة مع أداة قسطرة عن طريق الفم
2	قناع أكسجين غير قابل لإعادة التنفس مع حاملة اسطوانة

الجدول 2: الحد الأدنى من المعدات الطبية اللازمة لسيارة الإخلاء الطبي

4. المعدات الطبية الإضافية الموصى بها

الكمية	العنصر
1	منظار حنجرة (مع شفرات وبطاريات)
1	فاتح المجرى الهوائي الأنفي (أحجام مختلفة)
1 من كل أنبوب	أنابيب القصبة الهوائية مقاسي 7 و 8 (مكففة) وأنبوب فحص
1	سلك دليل الأنبوب الرغامي
1	ملقط ماجيل حجم 8
1	ملقط ماجيل حجم 9
1	أنبوب جل KY
4	محلول ملحي عادي 1000 مل
1	طقم إزالة الضغط عن الصدر
1	كيس تقيؤ
2	بطانية الطوارئ
1	ضمادة أشرمان لجروح الصدر
10	ضمادة إقناء وريدي

الجدول 3: المعدات الطبية الإضافية الموصى بها